



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
1	531.619.0403	MONITOR DE SIGNOS VITALES. NOMBRE GENÉRICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403 ESPECIALIDAD (ES): MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO (S): UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. URGENCIAS. HOSPITALIZACIÓN. DESCRIPCIÓN: EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO QUE REGISTRA EN PANTALLA LAS CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE, CON FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO. PANTALLA PARA PRESENTACIÓN DE CURVAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS E	PIEZA	PIEZA	PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO. EL PROVEEDOR PODRÁ OFERTAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS CON LOS QUE CUENTE EN EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA. EL PROVEEDOR DEBE INDICAR LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL NETO A OFERTAR EN EL ESPACIO DE COMENTARIOS.	150



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		INFORMACIÓN NUMÉRICA PARA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ELECTROCARDIOGRAMA EN DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. PRESENTACIÓN DE UN CANAL DE ECG MÍNIMO EN PANTALLA. OXIMETRÍA DE PULSO. FRECUENCIA RESPIRATORIA CON DESPLIEGUE DE SU CURVA. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: FRECUENCIA CARDIACA, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SISTÓLICA Y DIASTÓLICA. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. TEMPERATURA EN AL MENOS UN CANAL. FRECUENCIA DE PULSO. OPCIÓN DE MONITOREO DE CAPNOGRAFÍA A FUTURO. CANALES DE PRESIÓN INVASIVA, CADA UNO DEBE MEDIR Y MOSTRAR SIMULTÁNEAMENTE EN PANTALLA: PRESIÓN				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA. DEBE CONTAR CON FUNCIÓN DE ETIQUETADO PARA CADA CANAL DE PRESIÓN INVASIVA: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, ARTERIA PULMONAR, COMO MÍNIMO. CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALA Y ALARMAS. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. USO PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO. CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE, CON CARGADOR INTEGRADO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: SATURACIÓN DE OXÍGENO, FRECUENCIA CARDIACA, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SISTÓLICA Y DIASTÓLICA,				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		TEMPERATURA, FRECUENCIA RESPIRATORIA Y ALARMA DE APNEA, PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA. QUE IDENTIFIQUE NIVELES DE PRIORIDAD EN LAS ALTERACIONES FISIOLÓGICAS. CON SILENCIADOR DE ALARMAS. TODAS LAS FUNCIONES DEBEN SER ACCESADAS MEDIANTE TECLAS DE MEMBRANA, SENSIBLES AL TACTO O PERILLA SELECTORA EN EL GABINETE DEL MONITOR. TECLADO, MENÚS Y MENSAJES EN PANTALLA EN ESPAÑOL. REGISTRADOR. DISEÑO QUE PERMITA SER USADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE Y MONITOR DE CABECERA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: SENSOR TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO. SENSORES REUTILIZABLES DE TEMPERATURA DE LA				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		PIEL O SUPERFICIE, ADULTO Y PEDIÁTRICO. BRAZALETE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIÁTRICO, CONECTOR Y TUBO PARA LOS BRAZALETES. CABLE DE ECG DE TRES PUNTAS, REUTILIZABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ACCESORIOS PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR A LA CABECERA DEL PACIENTE, ASA O SOPORTE PARA FIJARSE A CAMILLA. SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ELECTRODOS AUTOADHERIBLES DESECHABLE PARA ECG. DOMOS PARA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN. PAPEL. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ.				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. REQUISITOS. LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: 1. EL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ DE CUMPLIR: COMO MÍNIMO LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. 1A. PARA PRODUCTOS FABRICADOS EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO: I) CARTA DEL FABRICANTE ORIGINARIO SEÑALANDO QUE LOS PRODUCTOS SON FABRICADOS POR ÉSTE; Y II) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO. 1B. PARA PRODUCTOS FABRICADOS EN EL EXTRANJERO: I) ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LO				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		ORDENADO POR LA NOM-137- SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS; II) COPIA SIMPLE DE LA FACTURA Y DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN; III) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN RELACIÓN A QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE HA REALIZADO AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA; IV) CERTIFICADO DE CALIDAD. 2. PRESENTAR CATÁLOGOS, FOLLETOS DEL BIEN OFERTADO REFERENCIADO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. 3. COPIA LEGIBLE Y COMPLETA DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE CADA UNA DE LAS CLAVES QUE OFERTA, A NOMBRE DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL PRODUCTO EN MÉXICO.				
2	531.941.0972	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO. NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO. CLAVE: 531.941.0972	PIEZA	PIEZA	PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO. EL PROVEEDOR PODRÁ OFERTAR LA	150



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		<p>ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA PEDIÁTRICA. PEDIATRÍA. SERVICIO (S): UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITALIZACIÓN, INHALOTERAPIA, URGENCIAS. DESCRIPCIÓN: EQUIPO ELECTROMECAÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. CON PANTALLA A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS, DATOS NUMÉRICOS, ALARMAS PRIORIZADAS EN TIEMPO REAL Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED. A COLOR. TAMAÑO MÍNIMO DE 10" (25 CM) O MAYOR CONFIGURABLE POR EL USUARIO. CARACTERÍSTICAS</p>			<p>CANTIDAD DE EQUIPOS CON LOS QUE CUENTE EN EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA. EL PROVEEDOR DEBE INDICAR LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL NETO A OFERTAR EN EL ESPACIO DE COMENTARIOS.</p>	



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		<p>GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE- OXÍGENO INTERNO. MONITOREO FIO2 INTERNO O INTEGRADO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. TECLADO SENSIBLE AL TACTO O DE MEMBRANA; O PERILLA SELECTORA PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. CONTROL DE PARÁMETROS DE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 50 A 2000 ML. FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 140 L/MIN. PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5</p>				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		A 60 CMH2O. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 80 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.3 A 5 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 35 CMH2O. PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 50 CMH2O. CON OPCIÓN MESETA INSPIRATORIA, DE PLATEU O PAUSA INSPIRATORIA. CON OPCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA DE 0 A 2 SEGUNDOS O MAYOR. CON OPCIÓN A RESPIRACIÓN MANUAL. SALIDA PARA NEBULIZADOR O NEBULIZADOR SINCRÓNICO, ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y/O POR PRESIÓN. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		FASE INSPIRATORIA. BIAS FLOW, FLUJO BASE, CONTINUO O CPAP. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA, O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN 100% DE O2 DE 2 MINUTOS O MAYOR. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN. VENTILACIÓN NO INVASIVA. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU. PEEP. FRECUENCIA				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		RESPIRATORIA. VOLUMEN MINUTO. RELACIÓN I:E. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. FIO2. INDICADOR DE HORAS DE USO. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN TIEMPO. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 24 HORAS. MEDICIÓN DE AUTOPEEP O PEEPTOTAL. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		PACIENTE. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. SILENCIO DE ALARMA. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO DE PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA, CON DURACIÓN DE 60 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2 - VERDE, AIRE - AMARILLO; PUDIENDO SE AIRE Y OXÍGENO O SÓLO OXÍGENO, SEGÚN MARCA Y MODELO. REGULADORES DE				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. TRES MASCARILLAS REUSABLES O DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX DE TAMAÑOS GRANDE, MEDIANO Y CHICO, UNA DE CADA TAMAÑO. CON ARNÉS O SUJETADOR. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS OPCIONALES: SE ADQUIEREN DE MANERA ADICIONAL NO				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		SE INCLUYEN EN EL EQUIPO. LAS CONFIGURACIONES, TIPOS Y CANTIDADES DE OPCIONALES DEBERÁN SER SELECCIONADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER). PULMÓN DE PRUEBA ADULTO/PEDIÁTRICO. CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE Y/O DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). CELDA O SENSOR DE OXÍGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		CADA FABRICANTE. SENSOR DE TEMPERATURA. FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE. FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V +/- 10%, 60 HZ. INSTALACIÓN NEUMÁTICA DE: OXÍGENO Y AIRE EN CASO DE REQUERIRSE (DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA). OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. REQUISITOS. LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: 1. EL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ DE CUMPLIR: COMO MÍNIMO LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-137- SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. 1A. PARA				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		PRODUCTOS FABRICADOS EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO: I) CARTA DEL FABRICANTE ORIGINARIO SEÑALANDO QUE LOS PRODUCTOS SON FABRICADOS POR ÉSTE; Y II) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO. 1B. PARA PRODUCTOS FABRICADOS EN EL EXTRANJERO: I) ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA NOM-137- SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS; II) COPIA SIMPLE DE LA FACTURA Y DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN; III) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN RELACIÓN A QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE HA REALIZADO AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA; IV) CERTIFICADO DE CALIDAD. 2. PRESENTAR CATÁLOGOS, FOLLETOS DEL BIEN OFERTADO REFERENCIADO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. 3. COPIA				



RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha: 15/04/2020

Area: DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

No.: RM-DA-20-
0066

Fecha en que se requiere:
30/04/2020

Elaboró: LIC. NORMA DORA GALVEZ
LÓPEZ

Justificación: COVID-19

Observaciones: LO ANTERIOR EN BASE AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESENTACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN LA CUAL AMPARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE SE EFECTÚAN

No	Clave	Descripción	U.M.	Presentación	Características	Cantidad
		LEGIBLE Y COMPLETA DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE CADA UNA DE LAS CLAVES QUE OFERTA, A NOMBRE DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL PRODUCTO EN MÉXICO.				